



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO

Direttore
Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983
Fax 0382 503990

o.piccinini@smatteo.pv.it

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER
ELETTROFISIOLOGIA OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO (CAPOFILA) E ALLE ASST DI MONZA, PAVIA E ALLA FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO DI MILANO (AGGREGATI)

DOMANDA:

LOTTO 3 “cateteri orientabili a raffreddamento per ablazione transcatetere (accordo quadro)”: si chiede di voler precisare se i cateteri richiesti debbano avere solo meccanismo “push and pull” oppure devono essere anche bidirezionali.

Risposta:

Si precisa che i cateteri richiesti devono possedere il meccanismo push and pull nella versione monodirezionale ma sono richiesti anche in versione bidirezionale

DOMANDA:

LOTTO n 9 “cateteri a curva fissa diagnostici (singolo aggiudicatario)”: si chiede di voler precisare se i cateteri richiesti debbano essere a curva fissa o con punta flessibile.

Risposta

Sono richiesti cateteri a curva fissa

DOMANDA:

LOTTO n 17 “elettrocateri diagnostici circolari per il mappaggio delle vene polmonari (singolo aggiudicatario)”: si chiede di voler verificare

- la base d’asta inserita in quanto, ad avviso della scrivente, troppo bassa rispetto al prezzo medio a livello italiano per la stessa tipologia di catetere;
- i fabbisogni indicati per ospedale, in quanto per l’ospedale S. Matteo non è stata indicata nessuna quantità.

Risposta:

Si conferma base asta

DOMANDA:

LOTTO n 24 kit per ablazione semplice con sistema di mappaggio per riduzione dell’esposizione radiologica. (accordo quadro): si chiede di voler specificare se il catetere diagnostico quadripolare debba essere a curva fissa o deflettibile.

Risposta:

Sono richiesti cateteri a curva fissa



FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011
www.sanmatteo.org

DOMANDA:

LOTTO n 28: cateteri orientabili monodirezionali per ablazione transcatetere (accordo quadro): si chiede di voler confermare la possibilità di offrire cateteri aventi una “*distanza interelettrodica*” differente da quella indicata, ma funzionalmente equivalenti, in virtù dell’art. 68 D.Lgs. n. 50/2016

Risposta:

Seguiranno ulteriori chiarimenti

DOMANDA:

Buongiorno,
con riferimento alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: Relativamente al lotto 19, si chiede di confermare la base d’asta presunta annuale rispetto ai quantitativi totali presunti dichiarati, in quanto appare inferiore rispetto alla media degli attuali prezzi proposti a livello nazionale.

Risposta:

Si conferma base asta