



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO

Direttore
Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983
Fax 0382 503990

o.piccinini@smatteo.pv.it

PROCEDURA APERTA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI VARI PER EMODINAMICA OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO" DI PAVIA E ALL'ASST DI VIMERCATE, PAVIA E LECCO

Le risposte ricevute sono riportate dopo le domande.

DOMANDA:

Spett.le Azienda, la presente per formulare i seguenti chiarimenti: 1) Pag. 3 della "scheda dettaglio economico", lotto 13 Nella descrizione del suddetto lotto si richiedono: ?CATETERE A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA PER PICCOLI VASI ? Shaft sia monorail che OTW?. Il capitolato da Voi redatto conformemente alla previsione del codice appalti a pag. 46 del disciplinare vieta le offerte alternative, si chiede quindi di voler dividere il lotto in due lotti differenti, in quanto le richieste espresse nella descrizione del lotto non sono soddisfabili per definizione con un solo prodotto. La veridicità di quanto sin qui espresso è confermato dalla ns. conoscenza del mercato ma anche dal modus operandi di numerosissime amministrazioni, che hanno dedicato due lotti di gara distinti per coprire tutte le alternative possibili e non vedere deserto il lotto. Qualora infatti non si provvedesse alla suddivisione di cui sopra, le aziende partecipanti sarebbero costrette a presentare un'offerta incompleta o ancor peggio potrebbero incorrere nell'errore dell'offerta alternativa, in quanto qualunque competitor può soddisfare tutte le richieste, solo attraverso la presentazione di 2 famiglie prodotto nello stesso lotto.

DOMANDA

in merito ai lotti n. 9 e 10: normalmente le siringhe di gonfiaggio vengono confezionate da sole oppure in kit contenente sia la valvolina a y che torque e ago, idem per le valvoline a y lotto 10 dove di solito il kit è composto da valvolina torque e ago. Pertanto si suggerisce per il lotto 9 di far offrire solo la siringa di gonfiaggio e per il lotto 10 solo la valvolina torque e ago.

DOMANDA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011

www.sanmatteo.org

1) Pag. 2 della "scheda dettaglio economico", lotto 6: Al fine di non veder compromessa la concorrenza, si chiede di ammettere prodotti aventi nylon all'interno della miscela polimerica costituente lo shaft del catetere se associati a materiali (quali ad esempio il poliuretano) che garantiscono ampia flessibilità e atraumaticità.

DOMANDA

2) Pag. 2 della "scheda dettaglio economico", lotto 6.1 Si chiede di confermare che il lotto denominato 6.1 non rappresenta un sublotto del lotto 6 ma un lotto indipendente e che pertanto potrà avvenire un'aggiudicazione a se stante.

DOMANDA

3) Pag. 2 della "scheda dettaglio economico", lotto 7 Si chiede la possibilità di applicare tolleranze del 10% alle lunghezze richieste.

DOMANDA

4) Pag. 3 della "scheda dettaglio economico", lotto 12 Nella descrizione del suddetto lotto si richiedono: ?CATETERI A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA COMPLIANTI SEMICOMPLIANTI E NON COMPLIANTI?. Il capitolato da Voi redatto conformemente alla previsione del codice appalti a pag. 46 del disciplinare vieta le offerte alternative, si chiede quindi di voler dividere il lotto in due lotti differenti, in quanto le richieste espresse nella descrizione del lotto non sono soddisfabili per definizione con un solo prodotto. La veridicità di quanto sin qui espresso è confermato dalla ns. conoscenza del mercato ma anche dal modus operandi di numerosissime amministrazioni, che hanno dedicato due lotti di gara distinti per coprire tutte le alternative possibili e non vedere deserto il lotto. Qualora infatti non si provvedesse alla suddivisione di cui sopra, le aziende partecipanti sarebbero costrette a presentare un'offerta incompleta o ancor peggio potrebbero incorrere nell'errore dell'offerta alternativa, in quanto qualunque competitor può soddisfare tutte le richieste, solo attraverso la presentazione di 2 famiglie prodotto nello stesso lotto.

DOMANDA

- 1) Si richiede di confermare, in merito alla descrizione del lotto 8 (CATETERI GUIDA PER ANGIOPLASTICA CORONARICA), se la dicitura ? Cateteri guida con largo lume interno > 0.70" ? è da intendersi ?lume interno > 0.070"; ?

DOMANDA:

1) LOTTO N. 12 CATETERI A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA COMPLIANTI SEMICOMPLIANTI E NON COMPLIANTI Premettendo che le caratteristiche tecniche dei cateteri per dilatazione semicomplianti, complianti e non complianti sono molto diverse soprattutto per quanto riguarda:
a) la resistenza alla pressione (i palloni non complianti hanno resistenza alla pressione molto più alta rispetto agli altri due modelli richiesti) b) compliance (i palloni complianti e semicomplianti hanno

come caratteristica una compliance molto differente dai palloni non complianti). In merito a quanto sopra esposto si chiede come verranno assegnati i punteggi per singolo catetere.

DOMANDA

LOTTO 6, si richiedono cateteri non in nylon, si chiede di sapere se offrire un catetere in nylon sia criterio di esclusione, ovvero quali siano i criteri di possibile equivalenza adottati nell'enunciare il lotto così come descritto nel capitolato.

DOMANDA:

LOTTO 9, si prega di verificare la composizione inusuale del kit posto in gara. Abitualmente viene inclusa anche la valvola ad Y, ovvero la stessa è assente ed altrettanto lo sono l'ago smussato per inserimento guida ed il torquer

RISPOSTE RICEVUTE DAI TECNICI/CLINICI

- 1) lotto 13. Si chiedono solo cateteri con tecnologia monorail.
- 3) lotto 6). OK per i prodotti in nylon.
- 4) lotto 6.1). Lotto indipendente.
- 5) lotto 7). D'accordo per tolleranza 10%.
- 7) lotto 8). si conferma sia un refuso: la dizione corretta è maggiore/uguale a 0.070".
- 9) lotto 6). vedi punto 3).