



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA DI CVC PER DIALISI OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO" DI PAVIA E ALLE ASST DI PAVIA, DI VIMERCATE E DI MONZA

DOMANDA

Con riferimento alla campionatura richiesta a pag. 34 del Disciplinare di gara si richiede: ??..3 pezzi per dispositivo offerto?. Chiediamo, poiché nei lotti di nostro interesse, lotto 1,2 e 3, vengono richieste misure differenti della stessa tipologia di prodotto, se il numero dei pezzi da campionare deve essere ritenuto come assortimento, nelle misure più utilizzate, e non come singolo codice offerto.

RISPOSTA

le campionature di un assortimento devono comprendere le misure più utilizzate, nello specifico:

- **15 cm o assimilabile (2 pezzi) + 25 cm (1 pezzo) per i CVC temporanei**
- **19 cm o assimilabile (2 pezzi) + 23 cm o assimilabile (1 pezzo) per i CVC long-term.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011
www.sanmatteo.org