



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO

Dirigente Responsabile
Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983
Fax 0382 503990

o.piccinini@smatteo.pv.it

**CONSULTAZIONE DI MERCATO EX. ART. 66 D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 2
CONGELATORI -20° 600LT E N. 1 CONGELATORE -80° 500LT**

Con riferimento a quanto in oggetto si invitano gli operatori economici interessati e con disponibilità delle attrezzature aventi le caratteristiche evidenziate in allegato 1 a caricare sul portale SINTEL entro il **2/3/2021** ore **16,00** quanto segue:

1. **dichiarazione** di interesse alla presentazione di una offerta per l'affidamento della fornitura in oggetto
2. **materiale informativo relativo a:**
 - a. Caratteristiche fisiche e tecniche dei congelatori;
 - b. Descrizione delle possibili configurazioni e accessori annessi;
 - c. Descrizione del software di tracciamento e possibili soluzioni di implementazione
3. Depliant, schede tecniche o altro materiale di natura tecnica che si intende mettere a disposizione della Fondazione.

NB:

**NELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI NON DOVRANNO ESSERE INDICATI IN
NESSUN CASO VALORI O DATI DI NATURA ECONOMICA**

NB:

**Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la
procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine
procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.**

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI
DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,**
dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

A. ULTERIORI INDICAZIONI


**La Fondazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare la presente consultazione.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011
www.sanmatteo.org

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: geom. Clara Milanesi 0382-503382 cl.milanesi@smatteo.pv.it.

IL DIRETTORE
DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO – ECONOMATO
(Dr.ssa Olivia Piccinini)



Richiesta per consultazione preliminare di mercato

Oggetto: FORNITURA DI N.3 CONGELATORI E SISTEMA DI TRACCIAMENTO CAMPIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BIOBANCA PER IL LABORATORIO DI GENETICA, TRAPIANTOLOGIA E MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Si chiede alla U.O.C. Provveditorato - economato consultazione preliminare di mercato per la fornitura, in unico lotto, dei seguenti dispositivi:

- 2 Congelatori con le seguenti caratteristiche:
 - o Volume interno di circa 600 litri;
 - o Monoblocco;
 - o Temperatura operativa -20°C;
 - o Porta a vetro;
 - o Verticale;
 - o Con guarnizione designate ad assicurare la corretta chiusura della porta;
 - o Serratura a chiave;
 - o Interni in acciaio inox austenitico;
 - o Dotato di pannello di controllo con display touch;
 - o Foro passante per sonda di monitoraggio esterno;
 - o Ripiani estraibili;
 - o Angoli interni arrotondati;
- 1 Congelatore con le seguenti caratteristiche:
 - o Volume interno di circa 500 litri;
 - o Monoblocco;
 - o Verticale;
 - o Temperatura operativa -80°C;
 - o Con guarnizione designate ad assicurare la corretta chiusura della porta;
 - o Serratura a chiave;
 - o Interni in acciaio inox austenitico;
 - o Dotato di pannello di controllo con display touch;
 - o Possibilità di foro passante per sonda di monitoraggio esterno;
 - o Ripiani estraibili;
 - o Angoli interni arrotondati;
- Software di tracciabilità della posizione dei campioni congelati mediante RFID (o tecnologia equivalente) con laptop dedicato.

Documentazione richiesta

Deve essere fornito materiale informativo relativo a:

- Caratteristiche fisiche e tecniche dei congelatori;
 - Descrizione delle possibili configurazioni e accessori annessi;
 - Descrizione del software di tracciamento e possibili soluzioni di implementazione.
-