

Sistema Socio Sanitario



DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO

Direttore Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983 Fax 0382 503990

o.piccinini@smatteo.pv.it

2021-1.6.3-226

CONSULTAZIONE DI MERCATO EX ART. 66 D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA IN SERVICE DI RISCALDATORI DEL SANGUE E MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI A VARIE STRUTTURE DELLA FONDAZIONE.

Con riferimento a quanto in oggetto, i soggetti interessati e con disponibilità di una tecnologia tipo/equivalente ai codici di seguito riportati:

REQUISITI MINIMI

- Riscaldatori per sangue e infusioni, medio-basso flusso
- Ciascuno dei riscaldatori richiesti deve essere così composto e deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
 - Dispositivo per il riscaldamento di sangue e liquidi da infusione a medio-basso flusso
 - Dispositivo ergonomico e di facile utilizzo
 - Range impostabile di temperatura dell'elemento riscaldante da 37/38°C ad almeno 40/41°C
 - Fornitura comprensiva dei circuiti monouso latex free e aluminium free in confezionamento sterile per soddisfare il consumo annuo previsto (riportato in Tabella 1) con attacco standard o dotati di adattatore
 - Funzione di auto-test
 - Presenza di allarmi per alta e bassa temperatura
 - Sistema nuovo di fabbrica e non ricondizionato
 - Sistema conforme alla normativa in vigore e documentazione che attesti tale conformità
 - Marcatura CE
 - Riscaldatori per sangue e infusioni, alto flusso

Ciascuno dei riscaldatori richiesti deve essere così composto e deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Dispositivo per il riscaldamento di sangue e liquidi da infusione ad alto flusso
- Dispositivo ergonomico e di facile utilizzo
- Range impostabile di temperatura dell'elemento riscaldante da 37/38°C a 41/42°C

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

- Fornitura comprensiva dei circuiti monouso latex free e aluminium free in confezionamento sterile per soddisfare il consumo annuo previsto (riportato in Tabella 2) con attacco standard o dotati di adattatore
- Funzione di auto-test
- Presenza di allarmi per alta e bassa temperatura
- Sistema per rilevamento bolle d'aria
- Possibilità di alimentazione a batteria
- Sistema nuovo di fabbrica e non ricondizionato
- Sistema conforme alla normativa in vigore e documentazione che attesti tale conformità
- Marcatura CF

Essendo intenzione della Fondazione procedere allo svolgimento di una gara, si chiede agli operatori economici interessati di caricare sul portale SINTEL entro le ore 16:00 del giorno 25/01/2022 nella sezione BUSTA UNICA una "Dichiarazione di interesse alla formulazione di una offerta" con indicazione di analoghe forniture espletate presso Aziende Sanitarie pubbliche o private, se possedute, o presso antri Enti pubblici o privati, nell'ultimo quinquennio.

SI PRECISA CHE NELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE NON DOVRA' ESSERE INDICATE IN NESSUN CASO PROPOSTE/OFFERTE DI CARATTERE ECONOMICO

NB:

Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere.

DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, <u>SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</u>, dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

Si precisa che il presente avviso, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Fondazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente consultazione.

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: <u>Dott. Dario Calò</u> 0382-502167 d.calo@smatteo.pv.it.

DELLA U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI

(Dr.ssa Olivia Piccinini)