

CONSULTAZIONE DI MERCATO EX. ART. 66 D.LGS. 50/2016 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA IN SERVICE/NOLEGGIO DI MOTORI E LAME MONOUSO OCCORRENTI ALLA U.O.C. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA DELLA FONDAZIONE

Con riferimento a quanto in oggetto, essendo intenzione della Fondazione procedere alla richiesta di offerta per la fornitura in full service/noleggjo di motori e lame monouso occorrenti alla U.O.C. Ortopedia Traumatologia della Fondazione dotate dei seguenti requisiti minimi, così di seguito descritti:

REQUISITI MINIMI

Ciascuno dei sistemi richiesti deve essere così composto e deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

Lotto 1: sistema (manipolo e lame) per chirurgia protesica di ginocchio

- Sistema nuovo di fabbrica e non ricondizionato
- Sistema conforme alla normativa in vigore e documentazione che attesti tale conformità
- Sistema di facile utilizzo e poco ingombrante
- Fornitura comprensiva del materiale monouso per soddisfare il consumo annuo previsto (riportato di seguito)
- Alimentazione a batteria e caricabatteria del sistema
- Sistema manipolo e batterie deve essere sterilizzabile
- Manipolo dotato di tasto per il controllo del funzionamento del manipolo
- Lama per tagli di precisione compatibile con attacco del manipolo, a stelo fisso e dotata di punta oscillante
- Punta oscillante della lama con denti

Consumo previsto delle lame monouso: 50/anno

Lotto 2: sistema (console di controllo, manipoli e lame) per osteotomia di coracoide per intervento secondo Latarjet

Sistema nuovo di fabbrica e non ricondizionato

Sistema conforme alla normativa in vigore e documentazione che attesti tale conformità

Sistema di facile utilizzo e poco ingombrante

Fornitura comprensiva del materiale monouso per soddisfare il consumo annuo previsto (riportato di seguito)

Console di controllo per attacco di manipoli e pedali

Numero di pedali adeguato per il controllo dei manipoli richiesti

Alimentazione del manipolo tramite cavo

Manipoli in numero adeguato per garantire l'intervento di osteotomia di coracoide, ossia:
con attacco per lama (si veda di seguito)

con attacco per punte da trapano
rotante sparafili

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

Sistema manipolo e cavo deve essere sterilizzabile

Lama compatibile con attacco del manipolo, angolata di 90° e con denti sulla punta retta

Manipolo dotato di tasto per il controllo del funzionamento del manipolo

Consumo previsto delle lame monouso: 30/anno

Si chiede gli operatori economici interessati di caricare sul portale SINTEL entro le **ore 16:00** del giorno **27/01/2022** nella sezione BUSTA UNICA QUANTO SEGUE:

- 1) Dichiarazione di interesse alla formulazione di una offerta
- 2) Schede tecniche del materiale proposto

SI PRECISA CHE NELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI NON DOVRANNO ESSERE INDICATI IN NESSUN CASO PROPOSTE/OFFERTE DI CARATTERE ECONOMICO

NB:

Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**, dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

SI PRECISA CHE IL PRESENTE AVVISO, NON PRESUPPONE LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO O L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI E NON È IMPEGNATIVO PER LA FONDAZIONE LA QUALE SI RISERVA, IN OGNI CASO E IN QUALSIASI MOMENTO, IL DIRITTO DI SOSPENDERE, INTERROMPERE, MODIFICARE O CESSARE LA PRESENTE CONSULTAZIONE.

Il presente avviso ed ogni eventuale determinazione verrà revocata in caso di presenza delle apparecchiature in oggetto nell'ambito di convenzioni ARIA attive.

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: Antonella Mallamace 0382-503703 a.mallamace@smatteo.pv.it.

 **IL DIRETTORE DELLA
U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI
(Dr.ssa Olivia Piccinini)**

