



Fondazione IRCCS  
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.C. GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)

Direttore  
Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983  
Fax 0382 503990

[o.piccinini@smatteo.pv.it](mailto:o.piccinini@smatteo.pv.it)

**AVVISO EX. ART. 66 D.LGS. 50/2016: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI  
DISPOSITIVI PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE E.R.C.P. (ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIO-  
PANCREATOGRAPHY) CON FORMULA "PAY PER PROCEDURE"**

Con riferimento quanto in oggetto gli operatori economici interessati sono pregati di caricare sul portale SINTEL entro le ore 12:00 del giorno 27/01/2023 la seguente documentazione:

1. Manifestazione di interesse alla presentazione di una offerta per l'affidamento della fornitura in oggetto

La successiva procedura di gara sarà finalizzata all'affidamento, ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.lgs. 50/2016, della fornitura di materiali dedicati alle procedure di ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography) con formula di approvvigionamento "Pay Per Procedure" e servizi post-vendita. I concorrenti saranno invitati a presentare offerta per l'approvvigionamento dei materiali dedicati all'esecuzione delle procedure - ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIO-PANCREATOGRAPHY - (elenco indicativo in all-1), unitamente alla gestione di tutti i servizi accessori dedicati (elenco indicativo all-2). Termini economici, requisiti di partecipazione, durata ed importi nonché ogni altra ulteriore indicazione verrà fornita con l'invito alla procedura di gara.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

---

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico  
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180  
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011

[www.sanmatteo.org](http://www.sanmatteo.org)

**NB:**

**Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.**

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,** dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

**SI PRECISA CHE IL PRESENTE AVVISO, NON PRESUPPONE LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO O L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI E NON È IMPEGNATIVO PER LA FONDAZIONE LA QUALE SI RISERVA, IN OGNI CASO E IN QUALSIASI MOMENTO, IL DIRITTO DI SOSPENDERE, INTERROMPERE, MODIFICARE O CESSARE LA PRESENTE CONSULTAZIONE.**

Per ulteriori chiarimenti relativi alle attività oggetto del presente avviso, si prega di prendere contatti con: Stefano Figini [s.figini@smatteo.pv.it](mailto:s.figini@smatteo.pv.it).

IL DIRETTORE  
S.C. GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)  
(Dr.ssa Olivia Piccinini)

All-1

Tipologie di prodotto	CND	DESCRIZIONE PRODOTTI
Sfinterotomi	G03040202	Sfinterotomi tre lumi, precaricato* con filo guida, punta da 3.9 Fr e 4.4 Fr (o equivalente), filo di taglio da 20mm, compatibile con sistema a scambio rapido
		Sfinterotomo tre lumi, punta da 4.4 Fr (o equivalente) , filo di taglio da 20mm, compatibile con sistema a scambio rapido
		Sfinterotomo da pre-cut, punta rastremata, compatibile con guida da 0.035", compatibile con sistema a scambio rapido
Cannule	G0304010299	Cannula con punta conica arrotondata a doppio lume, compatibile con filo guida 0.035", compatibile con sistema a scambio rapido
		Cannula con punta rastremata a triplo lume, compatibile con filo guida 0.035", compatibile con sistema a scambio rapido
Fili guida	G0399	Filo guida in lega metallica, rivestimento a strisce in PTFE, 0.035", lunghezza 260cm, punta dritta, punta idrofilica radiopaca di 5cm
		Filo guida in lega metallica, rivestimento a strisce in PTFE, 0.035", lunghezza 260cm, punta dritta e angolata, punta idrofilica radiopaca di 10cm
		Filo guida in lega metallica, completamente idrofilo, radiopaco, 0.035", lunghezza 260cm, punta dritta e angolata
Stent plastici	P502/P058001	Stent biliare plastico precaricato, diametri da 7 a 10 Fr, piegatura duodenale, lunghezze da 5 a 18 cm, radiopaco, riposizionabile prima del rilascio completo, compatibile con sistema a scambio rapido.
		Stent biliare plastico doppio pigtail + sistema di rilascio, diametri da 7 a 10 Fr, lunghezze da 3 a 15 cm, radiopaco, sistema di rilascio compatibile con sistema a scambio rapido.
		Stent pancreatico + spingitore, diametri da 4 a 5 Fr, lunghezze da 3 a 7 cm, disponibile con e senza aletta, disponibile dritto e pigtail, radiopaco, spingitore compatibile con sistema a scambio rapido.
Dilatatori biliari	G0301010402	Catetere dilatatore biliare multistadio a 3 differenti diametri, diametri complessivi da 6 a 20 mm, lunghezze da 3 a 5,5 cm, con indicazione per la dilatazione dello sfintere di Oddi, compatibile con sistema a scambio rapido.

		Catetere dilatatore a doppio lume, possibilità di iniezione prossimale, diametri da 4 a 10 mm, lunghezze da 2 a 4 cm, compatibile con sistema a scambio rapido
Dispositivi di gonfiaggio	G0399/V80	Siringa di gonfiaggio da 20ml con manometro, pressione max almeno 26 atm
		Siringa di gonfiaggio da 60ml con manometro, pressione mx almeno 12 atm
Palloncini per estrazione calcoli	G03050101	Palloncino per estrazione calcoli a triplo lume, compatibile con guida 0.035", possibilità di iniezione con guida inserita, possibilità di gonfiaggio ad almeno due diametri distinti, disponibilità di iniezione distale e prossimale, diametri da 9 a 18mm, compatibile con sistema a scambio rapido
Spazzolini per citologia biliare	G03080301	Catetere filoguidabile a doppio lume con spazzolino per citologia biliare, compatibile con filo guida 0.035", compatibile con sistema a scambio rapido
Cestelli per recupero calcoli	G0305010202	Cestello per recupero calcoli, possibilità di litotrissia, misure da 1,5 a 3 cm, compatibile con sistema a scambio rapido
Accessori sistema scambio rapido	G0380	dispositivo di blocco della guida per sistema a scambio rapido, compatibile con strumentazione videoendoscopica in uso, compatibile con filo guida da 0.025" a 0.035"

All-2

<b>Tipologie di servizio</b>	<b>Caratteristiche tecniche</b>
Conto deposito	Conto deposito totalmente a carico del fornitore, che dovrà fornire offerta dettagliata di:
	· Quantità di prodotti a disposizione
	· Sistema di verifica delle giacenze
	· Modalità di reintegro materiale
	· Tempi di consegna reintegro del materiale
Fatturazione e reportistica	SI richiede reportistica mensile di consumo materiale
Formazione	Programmi formativi su richiesta per medici e personale infermieristico