



INDAGINE DI MERCATO EX ART. 50 COMMA 2 – ALLEGATO II.1 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 PER LA FORNITURA IN SERVICE DI N. 1 PROCESSATORE DI CAMPIONI ISTOLOGICI E RELATIVI CONSUMABILI E N. 1 INCLUSORE DI PARAFFINA CON RELATIVI CONSUMABILI OCCORRENTE ALLA SC ANATOMIA PATOLOGICA DELLA FONDAZIONE

Con riferimento a quanto in oggetto, è intenzione della Fondazione procedere alla richiesta di offerta per la fornitura in full service della strumentazione di cui in oggetto che rispettino i seguenti requisiti minimi:

processatore a pavimento per campioni istologici:

- completo di funzionalità vuoto/pressione ed agitazione del reagente in camera;
- sistema di processazione chiuso dotato di filtro a carbone attivo per la pulizia dell'aria espulsa in ambiente, dotato di aspirazione dei vapori nocivi con sistema integrato e possibilità di connessione all'impianto di aspirazione esterno per i fumi-vapori;
- capacità di carico della camera di processazione di almeno 380 cassette di dimensioni standard;
- software di gestione dello strumento in italiano con possibilità di aggiornamento;
- schermo a colori touch screen integrato resistente ai solventi;
- dotato di programmi di processazione, con possibilità di impostazione personalizzata dei parametri; l'impostazione personalizzata deve poter permettere un cambio di programma di processazione all'inizio del processo senza la necessità di modificare le impostazioni predefinite;
- capacità di esportazione dei dati su supporto informatico e creazione di report;

inclusore:

- fusione rapida della paraffina;
- aspirazione dei vapori nocivi con sistema integrato;
- lente di ingrandimento, e pinzette e pestello riscaldati;
- illuminazione con intensità regolabile;
- contenitore riscaldato da almeno 200 cassette;
- temperatura punti caldi circa +50°C - +70°C;
- temperatura punto freddo circa -5°C - +5°C.

Si chiede agli operatori economici interessati di caricare sul portale SINTEL entro le ore 16:00 del giorno 16/01/2024, nella sezione BUSTA BIANCA, quanto segue:

1. dichiarazione di interesse su carta intestata alla presentazione di un'offerta per l'affidamento della fornitura di cui sopra;
2. scheda tecnica, dell'apparecchiatura che si intende offrire;
3. elenco delle forniture analoghe eseguite negli ultimi 3 anni con l'indicazione (schematica) del destinatario, dell'oggetto, della durata e dell'importo;
4. se del caso, indicazione del "contratto collettivo che sarà applicato al personale dipendente ed impiegato nell'appalto, in caso di affidamento, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.", predisposizione della gara.

SI PRECISA CHE NELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON DOVRANNO ESSERE INDICATI IN NESSUN CASO PROPOSTE/OFFERTE DI CARATTERE ECONOMICO

N.B. Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura. Si prega quindi di inserire nello spazio dedicato il valore di € 1,00 = al fine di procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.

Eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**, dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

SI PRECISA CHE IL PRESENTE AVVISO NON PRESUPPONE LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO O L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI E NON E' IMPEGNATIVO PER LA FONDAZIONE LA QUALE SI RISERVA, IN OGNI CASO E IN QUALSIASI MOMENTO, IL DIRITTO DI SOSPENDERE, INTERROMPERE, MODIFICARE LA PRESENTE CONSULTAZIONE.

Per eventuali chiarimenti si prega di prendere contatti con: Federica Vernizzi 0382.502017 f.vernizzi@smatteo.pv.it.

**IL DIRETTORE
DELLA SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dr.ssa Olivia Piccinini)**

