

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L' ACQUISIZIONE IN SERVICE, PER 48 MESI, DI N. 5 SEPARATORI CELLULARI E RELATIVI CONSUMABILI OCCORRENTI ALLA SC SIMT – SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE - DELLA FONDAZIONE IRCCS

CHIARIMENTI

1. **DOMANDA:** Disciplinare di gara pagina 51 punto C, documentazione tecnica per il sistema. La prima richiesta è la seguente: “Scheda tecnica descrittiva dell’apparecchiatura contenente la descrizione di tutti gli elementi, con riferimento ai sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 18. Dovrà, pertanto, contenere illustrazione tecnica, dettagliata e puntuale”.

Si chiede di confermare che il riferimento all’art 18 trattasi di refuso in quanto referente ad offerta economica.

RISPOSTA: Si conferma. Il riferimento corretto è l’art. 19.

2. **DOMANDA:** Si chiede di voler confermare che le dichiarazioni di conformità, marchio CE, ISO e la letteratura scientifica, possano essere presentati in lingua originale (dunque inglese), in quanto trattasi di documentazione rilasciata da enti internazionali e/o presentata su riviste internazionali.

RISPOSTA: Si conferma.

3. **DOMANDA:** Requisiti preferenziali riportati nell’allegato Scheda Tecnica ed in particolare:

- Possibilità di avere saldatore integrato nel separatore;
- Raccolta diretta degli emocomponenti in sacca;
- Possibilità di un sesto separatore di back up;

I suddetti requisiti non trovano riscontro nella valutazione a punteggio, tabella riportata nell’art. 19 disciplinare di gara. Si chiede gentilmente di confermare se tali requisiti saranno o meno oggetto di valutazione e con quale punteggio oppure di specificare in quale delle caratteristiche già descritte nella tabella punteggio tecnico verranno valutati.

RISPOSTA: Le caratteristiche preferenziali sono oggetto di valutazione e assieme alle procedure configurabili, alla gestione automatica e personalizzata dell’anticoagulante hanno un peso fino a 15.

4. **DOMANDA:** Spettabile Ente, relativamente a quanto richiesto nell’Allegato A, ovvero di fornire i manuali di servizio, si chiede di voler confermare che si tratti di refuso, che i manuali di servizio e manutenzione non dovranno essere consegnati e che le dichiarazioni non dovranno essere rese, in quanto le attività di manutenzione e riparazione vengono esclusivamente svolte da personale

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L' ACQUISIZIONE IN SERVICE, PER 48 MESI, DI N. 5
SEPARATORI CELLULARI E RELATIVI CONSUMABILI OCCORRENTI ALLA SC SIMT – SERVIZIO
IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE - DELLA FONDAZIONE IRCCS**

aziendale specializzato negli interventi di assistenza tecnica e manutenzione sulle proprie apparecchiature. Analogamente, per quanto riguarda schemi elettrici, elettronici e meccanici ricordiamo che gli stessi fanno parte dell'ingegnerizzazione delle apparecchiature e pertanto non possono essere divulgati. Chiediamo quindi che non debbano essere forniti e le dichiarazioni non rese."

RISPOSTA: L'osservazione è corretta. Le richieste dei manuali di servizio e manutenzione, degli schemi elettrici, elettronici e meccanici non sono valide in questo contesto.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO – ECONOMATO)
Dr.ssa Olivia Piccinini**

