

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ART. 50 COMMA 2 - ALLEGATO II.1 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, n.36 - PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N.1 RETINOGRAFO DIGITALE OCCORRENTE ALLA FONDAZIONE.

Con riferimento a quanto indicato oggetto si chiede agli operatori economici interessati di presentare entro le ore 16.00 del giorno 19/06/2025 tramite il portale SINTEL quanto segue; in relazione al materiale di seguito descritto

BUSTA UNICA:

- **allegare** su carta intestata manifestazione di interesse alla partecipazione alla successiva procedura di gara,
- **allegare** dichiarazione nella quale si evidenzia il contratto collettivo che sarà applicato al personale dipendente ed impiegato nell'appalto (INDICANDO IL RELATIVO CODICE CNEL).

Nella predetta busta non devono essere incluse informazioni o indicazioni di tipo economico.

Il sistema dovrà avere i seguenti requisiti:

REQUISITI MINIMI

La tecnologia richiesta deve essere così composta e deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Dispositivo finalizzato all'utilizzo su pazienti neonati;
- Capacità di acquisire immagini nitide e dettagliate delle strutture retiniche (risoluzione minima: 2 megapixel);
- Facile focalizzazione per facilitare l'acquisizione delle immagini;
- Obiettivo/lente grandangolare (minimo 100°) per visualizzare di ampie aree della retina;
- Sistema di illuminazione a LED per una visualizzazione chiara della retina anche in condizioni di scarsa luminosità;
- Illuminazione regolabile per evitare danni alla retina durante l'esame;
- Connessione USB, wireless e/o ethernet per il trasferimento e l'archiviazione delle immagini;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

- Possibilità di collegamento ed interfacciamento con cartella clinica informatizzata ed eventuale repository o PACS della Fondazione per archiviazione delle immagini su server locale;
- Software integrato per l'elaborazione delle immagini;
- Dispositivo facilmente trasportabile dotato di carrello ergonomico regolabile in altezza e batteria per funzionamento indipendente per circa 6h;
- Display integrato da almeno 21 pollici per la visualizzazione in tempo reale delle immagini;
- Manipolo ergonomico integrato;
- Dispositivo dotato di modulo per fluoroangiografia;
- Dispositivo dotato di pedale per regolare le funzioni di messa a fuoco, illuminazione ed acquisizione delle immagini.

REQUISITI STANDARD

- L'aggiudicatario deve fornire tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento e la piena operatività del dispositivo;
- Conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
- Rispettare tutti i requisiti tecnici minimi indicati per ciascun prodotto ovvero stabiliti da norme di prodotto, norme nazionali, CE, ecc., al momento della consegna, anche se emanate successivamente alla presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla codifica CND e al numero di repertorio dei dispositivi offerti, che devono essere sempre espressamente indicati;
- Conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura nonché le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quei requisiti che venissero emanati nel corso della durata del contratto;
- Dotati di marcatura CE conforme al Regolamento UE 2017/745 (MDR) e s.m.i. o alle disposizioni transitorie previste dall'art. 120 del Regolamento UE 2017/745 (MDR);
- Rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio;
- Sistema nuovo di fabbrica e non ricondizionato;
- I sistemi motorizzati dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni ai pazienti, agli operatori ed alle stesse attrezzature;
- I beni che sono dotati di parti elettriche dovranno rispondere alle specifiche norme di settore (IEC, CEI, ecc.).

NB:

Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi, nello step dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,** dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

SI PRECISA CHE IL PRESENTE AVVISO, NON PRESUPPONE LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO O L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI E NON È IMPEGNATIVO PER LA FONDAZIONE LA QUALE SI RISERVA, IN OGNI CASO E IN QUALSIASI MOMENTO, IL DIRITTO DI SOSPENDERE, INTERROMPERE, MODIFICARE O CESSARE LA PRESENTE CONSULTAZIONE.

Per ulteriori chiarimenti relativi alle attività oggetto del presente avviso, si prega di prendere contatti con: Zerilli Manuela email: m.zerilli@smatteo.pv.it

IL DIRETTORE
DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dr.ssa Olivia Piccinini)