

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI RADIOFARMACI SUDDIVISA IN N. 8 LOTTI OCCORRENTI ALLA SC MEDICINA NUCLEARE

1. DOMANDA

A pagina 3 “ART. 3 – CARATTERISCTICHE GENERALI DEI PRODOTTI” si segnala “I radiofarmaci di cui all’elenco allegato (cfr. scheda di dettaglio economico) dovranno corrispondere a quanto richiesto nell’Allegato 6 - Elenco Prodotti”

A pagina 5 “ART 5. DISPONIBILITA DI “TUTTI I DOSAGGI” si segnala “Nel caso in cui per la presentazione dell’offerta, nell’Allegato 6 - Elenco Prodotti, siano richiesti “tutti i dosaggi disponibili in commercio (...)”

Tra i documenti pubblicati, l’Allegato 6 non è quello sopra citato, ma è “ALL. 6 DGUEREQUEST_ASTA_RADIO_FARM_2025”

Si prega di pubblicare il file “Allegato 6 - Elenco Prodotti” corretto

RISPOSTA

Nel file “ALL. 2 CAPITOLATO RADIOFARMACI SAN MATTEO” i richiami all’allegato 6 sono da considerarsi come refuso. L’offerta deve essere presentata per i Radiofarmaci indicati nell’allegato 4 “Scheda dettaglio economico”

2. DOMANDA

A pagina 21 si richiede una garanzia provvisoria “pari al 2% del valore complessivo dell’appalto”. Si segnala che la base d’asta di ogni Lotto sul portale di gara Sintel è molto più bassa dell’importo presente sul portale Anac nella sezione “Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”.

Si chiede pertanto di specificare, per ogni lotto, quale sia l’importo complessivo su cui calcolare la garanzia provvisoria

RISPOSTA

Nell'importo indicato in ANAC sono state previste le opzioni di cui all'art. 4.3 del Disciplinare. Ciò premesso, si prega di presentare cauzione ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 36/2023 per i lotti di partecipazione e per il valore indicato sul portale SINTEL.

3. DOMANDA

A pagina 29 si menziona la presentazione "di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile"

Data la tipologia di prodotti oggetto di procedura, si confermi che non è necessario presentare tale rapporto

RISPOSTA

Non si tratta di chiarimento, se del caso l'applicazione del soccorso istruttorio si atterrà alle disposizioni dell'art.101 dlgs. 36/2023

4. DOMANDA

A pagina 31, punto N viene richiesto di produrre una "DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICA DI PRODUTTORE OVVERO DI RIVENDITORE/DISTRIBUTORE DEI PRODOTTI

OFFERTI (vedi punto o) paragrafo A) Modello domanda di partecipazione)"

Si segnala che il punto o) paragrafo A) sopra citato non è presente nell "ALL. 5 MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

Si confermi che il concorrente può presentare una propria libera dichiarazione a riguardo

RISPOSTA

Se del caso nella documentazione di gara deve essere inclusa la dichiarazione "ATTESTANTE LA QUALIFICA DI PRODUTTORE OVVERO DI RIVENDITORE/DISTRIBUTORE DEI PRODOTTI OFFERTI", vedi pag 31 Disciplinare Nella domanda di partecipazione deve essere spuntato il relativo settore (vedi Art. 7 ulteriori dichiarazioni)

5. DOMANDA

A pagina 40 si segnala che “il codice di identificazione della gara, CIG B49A6C86D1, (...) deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura.”

Si fa presente che il codice indicato è relativo a un’altra procedura di gara.

Si confermi che i CIG su cui effettuare il pagamento sono quelli indicati nel file “CIG.xlsx” inserito tra i documenti di gara

RISPOSTA

Si CIG corretti relativi alla procedura sono:

CIG	Identificativo lotto
B7C4A7B27A	LOT-0001
B7C4A7C34D	LOT-0002
B7C4A7D420	LOT-0003
B7C4A7E4F3	LOT-0004
B7C4A7F5C6	LOT-0005
B7C4A80699	LOT-0006
B7C4A8176C	LOT-0007
B7C4A8283F	LOT-0008

6. DOMANDA

A pagina 45 viene segnalato che “L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche stabilite nella scheda tecnica, pena l’esclusione”.

Si richiede di pubblicare tale scheda tecnica con le caratteristiche da rispettare.

RISPOSTA

Trattasi di refuso

7. DOMANDA

A pagina 51 si richiede, in caso di presenza di segreti tecnici e commerciali, di “presentare in unico file formato .zip denominato “OFFERTA SECRETATA”, copia di offerta già scorporata dei punti (...) delle giustificazioni dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale”.

Si confermi che l’offerta secretata sopra richiesta è la stessa che deve essere inserita tra i documenti amministrativi, come richiesto dal disciplinare a pag. 37, art. “B) (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE SECRETATA”

Si fa altresì presente che sul portale di gara vi è un unico spazio disponibile per il caricamento dei file di offerta economica.

Si confermi che in quel campo si possa caricare un unico file zip (non firmato digitalmente) contenente l’offerta secretata di cui sopra e l’“All. 4-scheda di dettaglio economico”

RISPOSTA

Si precisa che:

- potete caricare un unico file zip, che contenga al suo interno ulteriori e distinte cartelle compresse correttamente denominate per far capire il contenuto.
- Nello step SINTEL relativo al caricamento della documentazione amministrativa, se del caso, la documentazione secretata (ma solo amministrativa) dovrà essere inclusa nel file zip caricato in tale sezione
- Nello step SINTEL relativo al caricamento della documentazione tecnica, se del caso, la documentazione secretata (ma solo tecnica) dovrà essere inclusa nel file zip caricato in tale sezione

Mentre, eventuali documenti secretati relativi alla sola offerta economica sono da inserire **solo** nello step di caricamento della “busta economica”

Si ribadisce la necessità come indicato nel Disciplinare di gara che **“SOLO I DOCUMENTI COMPRESI NEL FILE COMPRESSO DOVRANNO ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE E NON IL FILE STESSO”** e **“DI NON USARE SIMBOLI PARTICOLARI NEL NOMINARE I FILE E NON NOMINARE I FILE CON STRINGHE DI TESTO PARTICOLARMENTE LUNGHE”**

8. DOMANDA

A pag. 8 viene segnalato che “Ogni collo spedito dovrà essere accompagnato da un certificato di taratura indicante il n° del lotto, l'attività, la data ed ora di taratura e la data di scadenza.”

Si segnala che tali informazioni richieste sono già presenti nel certificato di rilascio per uso clinico, firmato da Persona Qualificata, che si assume la responsabilità del rilascio del lotto stesso, e che viene inviato via fax/mail a seguito di controlli di qualità interni, prima della somministrazione del prodotto.

Si confermi pertanto che per il Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 7 è sufficiente inviare il certificato di rilascio per uso clinico.

Per il Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 7 si segnala che è sufficiente allegare ad ogni fornitura un certificato di rilascio per uso clinico che indichi n° del lotto, l'attività, la data ed ora di taratura e la data di scadenza.

9. DOMANDA

In relazione al Lotto 2

Si confermi che il concorrente possa indicare un minimo d'ordine, senza che questo comporti l'esclusione dalla gara

RISPOSTA

Si prega di presentare l'offerta che si ritiene idonea per tale lotto

10. DOMANDA

In relazione al Lotto 2, per il quale non è stato previsto nel disciplinare il dettaglio delle confezioni, e poiché viene già richiesto di indicare il prezzo unitario offerto si chiede conferma che sia possibile non compilare la cella relativa denominata “INDICARE PREZZO A CONFEZIONE SE DEL CASO”.

RISPOSTA

La scheda di dettaglio economico viene fornita come modello. Le indicazioni indicate come “se del caso” possono essere utilizzate in caso di necessità. Potete se ritenete necessario inserire ulteriori celle per specificare al meglio la Vs. offerta.

11.DOMANDA

Nella colonna N in corrispondenza del Lotto 3, viene richiesto di “indicare se disponibile costo unitario a fiala per consegna il sabato per circa 24 fiale/anno da 190 mci (detto costo non dovrà essere computato nell'offerta e non sarà valutato anche in caso di non disponibilità dalla stazione appaltate, ma utilizzato solo in caso di necessità)”

Si richiede di chiarire che la consegna del sabato è prevista per il Lotto 2

Si confermi altresì che il prezzo relativo alle consegne di sabato non concorre alla base d'asta dei lotti, come sopra specificato

Si confermi, che per la consegna del sabato, il prezzo unitario di farmaco e trasporto debba essere inserito nella colonna N.

RISPOSTA

- Si richiede di chiarire che la consegna del sabato è prevista per il Lotto 2
 - si
- Si confermi altresì che il prezzo relativo alle consegne di sabato non concorre alla base d'asta dei lotti, come sopra specificato
 - Non concorre
- Si confermi, che per la consegna del sabato, il prezzo unitario di farmaco e trasporto debba essere inserito nella colonna N
 - Si nella colonna n o in una modalità che potrà far capire quanto offerto per la questione “consegna al sabato”

12.DOMANDA

Nella colonna L, in riferimento ai Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 7, viene segnalato che: “se del caso indicare eventuali costi unitari iva esc relativi alle spese di trasporto da aggiungere al costo unitario offerto (colonna f) a secondo se la consegna è tassativa, entro le ore 08:30 del mattino a altra tipologia).”

- Si confermi che se, concordati preventivamente con il fornitore, possono essere eventualmente previsti altri orari di consegna tassativa oltre a quello citato nell'allegato

RISPOSTA

Il chiarimento non è relativo all'attuale fase della gara ma riveste la fase esecutiva dell'appalto. Si prega di presentare l'offerta che si ritiene idonea

13. DOMANDA

Con riferimento al prodotto richiesto al Lotto 2 18F-FDG, al fine di consentire la presentazione di un'offerta congrua con quanto necessario al Vostro Reparto utilizzatore, si chiede di specificare la attività richiesta per ciascuna fornitura ed il numero di consegne previsto per ciascuna fornitura ed il numero di consegne previsto per settimana.

RISPOSTA

Le consegne di FDG previste saranno di almeno due a settimana, con un'attività indicativa di 195 mCi, variabile in base all'attività del reparto e ai siti produttivi della ditta fornitrice.

14. DOMANDA

Relativamente al lotto 8, Generatore di Tecnezio, si chiede cortesemente di indicare giorno di consegna e di taratura unitamente alle attività alla consegna e alla taratura.

RISPOSTA

La consegna dei generatori deve avvenire ogni Lunedì, con taratura minima prevista di 30 GBq al sabato/domenica successivo

