

FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 60 DEFIBRILLATORI, SUDDIVISI IN N.2 LOTTI, DI CUI N.28 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI, N° 27 DEFIBRILLATORI MANUALI CON FUNZIONE SEMIAUTOMATICA E N° 5 DEFIBRILLATORI MANUALI CON FUNZIONE AVANZATA DI MONITORAGGIO.

CHIARIMENTI

1. CHIARIMENTO TECNICO

Buongiorno, facendo riferimento al documento 2 Scheda Tecnica ove sono elencate le caratteristiche di minima dei prodotti oggetto di gara, si chiede di specificare se al punto delle caratteristiche per i defibrillatori "DAE MESSAGGI VISIVI E SONORI" si intende che i dispositivi debbano avere un display sul quale vengano visualizzati i messaggi oltre ai messaggi vocali o sia sufficiente la presenza di un led o segnale luminoso.

Non è necessario il display. Il messaggio acustico o visivo deve indicare chiaramente la natura del problema.

2. CHIARIMENTO TECNICO:

Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

- Si chiede conferma che, essendo la base d'asta presunta, non sia stato predisposto un blocco del sistema in caso di superamento dell'importo inserito sul portale;

Vedi pagina 11 del Disciplinare di gara "Si precisa che gli importi a base d'asta sono da considerarsi stimati e quindi da non interpretare tassativamente come base unicamente da ribassare"

LOTTO1

- Si chiede se, in riferimento alle caratteristiche dei defibrillatori semiautomatici, la caratteristica "Connessione ad internet e software di gestione parametri rilevati" sia da ritenersi opzionale o debba essere inclusa nell'offerta.

La caratteristica deve essere inclusa in offerta.

Nel caso in cui debba essere quotata in offerta, si chiede di specificare se la connessione internet debba essere effettuata solo tramite SIM oppure possa essere effettuata anche attraverso connessione WiFi, ed, in caso, se le SIM debbano essere offerte dall'operatore economico o fornite dal Vostro ente;

Entrambe le modalità risultano idonee, nel caso di offerta con connessione internet tramite SIM non è richiesta la fornitura delle SIM.

- Si chiede se per "gestione dei parametri" si intende "gestione e controllo dello stato del defibrillatore semiautomatico".

Sì

Inoltre, considerando la differente destinazione, si richiede se anche i DAE “ Ospedalieri “ debbano avere il Controllo attraverso Connessione Internet;

SI

- In riferimento alle caratteristiche dei defibrillatori manuali, siamo a richiedere se la presenza della rilevazione della temperatura sia da ritenersi un REFUSO, in considerazione del fatto che tale monitoraggio non è clinicamente significativo nelle procedure di ACLS di arresto e periarresto;

Si accorda

LOTTO 2

- In riferimento al capitolato, viene riportata la dicitura “ pressione non invasiva con visualizzazione curva in real time “.

Trattasi di refuso. La visualizzazione della curva real time è richiesta per la pressione invasiva

LOTTO 1

1. Si chiede di specificare se la fornitura dei n.55 defibrillatori dovrà avvenire in un'unica soluzione (ordine unico) oppure se si tratterà di una fornitura a somministrazione tramite differenti ordinativi dilazionati nel tempo.

Non si tratta di chiarimento in sede di gara

2. Si chiede conferma che per i n.28 defibrillatori semiautomatici sia sufficiente fornire il software per lo scarico e la gestione dei dati rilevati

(Si conferma)

e che la richiesta di “Connessione a internet” sia un refuso.

(Non si conferma)

3. Al fine di garantire una più ampia partecipazione alla procedura e una maggiore concorrenzialità, per i n.27 defibrillatori manuali si chiede di poter considerare la rilevazione del parametro temperatura non a pena esclusione ma preferenziale e oggetto di valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice.

Si accorda

4. In relazione all'evolversi delle linee guida di riferimento che identificano come standard la defibrillazione tramite elettrodi autoadesivi monouso, si chiede per i n.27 defibrillatori manuali di poter considerare le piastre rigide riutilizzabili quale opzione obbligatoria e non incluse in configurazione base. In questo modo, pur concorrendo le piastre rigide alla determinazione dell'offerta economica oggetto di valutazione, si lascerebbe una maggior flessibilità di configurazione da parte del reparto utilizzatore in funzione delle reali necessità operative.

Si conferma la richiesta di piastre rigide e piastre monouso

LOTTO 2

1. Si chiede di specificare se la fornitura dei n. 5 defibrillatori dovrà avvenire in un'unica soluzione (ordine unico) oppure se si tratterà di una fornitura a somministrazione tramite differenti ordinativi dilazionati nel tempo.

Non si tratta di chiarimento in sede di gara

2. In relazione all'evolversi delle linee guida di riferimento che identificano come standard la defibrillazione tramite elettrodi autoadesivi monouso, si chiede di poter considerare le piastre rigide riutilizzabili quale opzione obbligatoria e non incluse in configurazione base. In questo modo, pur concorrendo le piastre rigide alla determinazione dell'offerta economica oggetto di valutazione, si lascerebbe una maggior flessibilità di configurazione da parte del reparto utilizzatore in funzione delle reali necessità operative.

Si conferma la richiesta di piastre rigide e piastre monouso

4. CHIARIMENTO TECNICO

Buongiorno, la presente per effettuare i seguenti chiarimenti:

LOTTO 1 – N. 28 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI:

1. Al fine di garantire la massima partecipazione si chiede di considerare preferenziale la caratteristica "Indicazione di stato di carica della batteria", fermo restando la presenza di preavviso della batteria scarica.

Il requisito minimo è l'indicazione della batteria scarica

2. Al fine di garantire la massima partecipazione si chiede di considerare preferenziale la connessione ad internet.

La connessione ad internet è un requisito minimo

LOTTO 2 – N. 5 MONITOR/DEFIBRILLATORI MANUALI:

1. Al fine di garantire la massima partecipazione si chiede di considerare preferenziale il parametro della misura della pressione invasiva.

Il parametro della pressione invasiva è un requisito minimo