

Monitor	Chiarimenti altre marche di monitor Medicali	Anche BARCO (sia la serie Coronis che la serie Nio) è validata, ma necessita di schede grafiche "ad hoc" difficilmente comparabili con le schede video richieste da capitolato. Per questo e per una motivazione di carattere gestionale (controlli ed assistenza), dovuta alla presenza già in esercizio di numerose WS dotate delle schede richieste, sono state scelte le marche di monitor indicate nella scheda tecnica di capitolato e quindi i monitor BARCO non sono da considerarsi conformi al capitolato.
Assistenza	Chiarimenti su SLA	Si precisa che l'assistenza sia per il periodo in garanzia sia per quello post-garanzia è da considerarsi con i seguenti SLA: per quanto concerne i server tempi di intervento 4 h, 7x24; per tutto il resto NBD

CORREZIONE! Si segnala che a seguito di ulteriori verifiche effettuate congiuntamente con Carestream, anche i monitor della ditta BARCO risultano compatibili con le schede video (FX 380) richieste da capitolato e quindi sono ammissibili in gara.