



**S.S. ACQUISIZIONE E GESTIONE  
BENI E SERVIZI**

Padiglione n. 31  
Pediatria

**Dirigente**  
*Dott.ssa O. Piccinini*  
0382-503996

**SEGRETERIA**

Tel. 0382 503381  
Fax 0382 503990

**PER INFORMAZIONI  
RIVOLGERSI A:**

*Dr. Stefano Figini*  
[s.figini@smatteo.pv.it](mailto:s.figini@smatteo.pv.it)  
Tel. 0382 501272

Nella dichiarazione dei redditi dona  
il tuo 5 x mille al San Matteo.  
Non costa nulla.

Nel riquadro "Finanziamento della  
ricerca sanitaria" inserisci il codice  
fiscale **00303490189** e firma.

**La ricerca serve. A tutti.**

**AVVISO/CHIARIMENTI**

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA  
FORNITURA DI DISPOSITIVI VARI OCCORRENTI PER  
UN PERIODO DI 24 MESI ALLA S.C. DI CARDIOLOGIA –  
EMODINAMICA COD. GARA: 5686654**

**Con la presente, si anticipano i seguenti chiarimenti, con  
precisazioni relative ai lotti 1,2,3:**

**DOMANDA**

La Società xxxxxxxx chiede cortesemente di specificare le varie  
misure e diametri dei dispositivi medici per i lotti 1 - 2 - 3, in  
particolare:

**LOTTO 1**

**PACCO ANGIOGRAFIA E ANGIOPLASTICA CORONARICA:**

- 1 ciotola grande - specificare diametro?
- 1 ciotola piccola - specificare diametro?
- 12 garze orlate cm.10x10 - quanti strati?
- 1 cuffia copri tubo - specificare misure
- 1 cuffia copri monitor - specificare misure
- 1 cuffia copri paratia - specificare misure

**LOTTO 2**

**CAMPO STERILE PER BIOPSIA ENDOMIocardica E  
CATETERISMO DESTRO**

- 1 cuffia copri tubo - specificare misure
- 1 cuffia copri paratia - specificare misure
- garze orlate 10x10 - specificare quantità e strati

**LOTTO 3**

**CAMPO STERILE PER PACEMAKER E DEFIBRILLATORE**

- 1 Telo angiografico ecc. essendo un telo fatto su specifiche richieste  
si richiede un disegno tecnico - descrizione e relative misure.

**RISPOSTA**

**LOTTO 1**

- 1 CIOTOLA GRANDE DIAMETRO 25cm (3000ml circa)
- 1 CIOTOLA PICCOLA DIAMETRO 10 cm (400 ml circa)
- GARZE ORLATE 16 STRATI



**FONDAZIONE**  
**IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico  
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180  
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA  
Tel. 0382 5011

CUFFIA COPRI TUBO DIAMETRO 90cm  
CUFFIA COPRI MONITOR DIAMETRO 60cm  
CUFFIA COPRI PARATIA 100 X 100 cm

LOTTO 2  
CUFFIA COPRI TUBO DIAMETRO 90 cm  
CUFFIA COPRI PARATIA 100 X 100cm  
GARZE ORLATE 16 STRATI 12 PEZZI

LOTTO 3  
TELO ANGIOGRAFICO CON AMPIA ZONA ASSORBENTE, BANDA LATERALE  
TRASPARENTE, QUATTRO FORI 2 FORI PER ACCESSO FEMORALE, 2 FORI PER  
ACCESSO VENA SUCCLAVIA O CEFALICA sono standard larghezza e lunghezza simili agli altri  
teli (circa 240 x 350cm)

**f.to IL DIRIGENTE**  
**DELLA S.S. ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI**  
**(Dott.ssa O. Piccinini)**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT.SSA O. PICCININI  
REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: DR. STEFANO FIGINI – 0382-501272