



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Dirigente Responsabile
Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983
Fax 0382 503990

o.piccinini@smatteo.pv.it

AVVISO ex. Art. 66 D.lgs. 50/2016 per la fornitura in full service di un sistema per la perfusione renale ex vivo occorrente alla Fondazione.

Con riferimento a quanto in oggetto, gli operatori economici interessati dovranno inviare richiesta per successivo invito alla procedura di gara che verrà predisposta tramite il portale di intermediazione telematica di Regione Lombardia SINTEL entro il giorno 16/6/2017 alle ore 15.00 al seguente indirizzo mail: l.gorini@smatteo.pv.it

Ai sensi dell'art. 216 D.lgs. 50/2016 comma 9 i requisiti minimi richiesti sono i seguenti:

- Aver svolto negli ultimi 3 esercizi forniture analoghe.

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: L. Gorini, Tel. 0382 503385.

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO
(Dott.ssa O. Piccinini)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:



FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011
www.sanmatteo.org

**Avviso esplorativo per la fornitura in full service di n.1 sistema per la perfusione renale ex vivo
occorrente alla U.O.S. Trapianto del rene della Fondazione.**

Si richiede la fornitura dell'unità di controllo per la perfusione renale e dei kit completi monouso sterili (tubi, cannule, camera di contenimento, ...) per il posizionamento e la circolazione del liquido di perfusione. La fornitura deve comprendere tutti i materiali di consumo e accessori necessari per la perfusione renale ex vivo.

Con fornitura in full service si intende il comodato d'uso gratuito dell'unità di controllo (compresa la manutenzione full risk) a fronte del pagamento dei kit monouso secondo le necessità del reparto.

L'unità di controllo deve possedere queste caratteristiche minime:

- Deve essere possibile impostare controlli e monitorare i seguenti parametri: temperatura, portata e pressione;
- Devono essere presenti allarmi sonori e visivi;
- Deve avere batteria di lunga durata;

Inoltre la ditta dovrà fornire per unità di controllo, kit, accessori e soluzioni di perfusione:

- Manuale d'uso, schede tecniche e brochure dell'unità di controllo, dei kit e delle soluzioni di perfusione
- Dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42/CEE
- Iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (dichiarando codice CND e codice RDM)