



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO

Dirigente Responsabile
Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983
Fax 0382 503990

o.piccinini@smatteo.pv.it

P-20170013637

CHIARIMENTI

COD. GARA 6909420

LOTTO 1 COD.CIG 7283597662, LOTTO 2 COD.CIG 7283645DFC, LOTTO 3 COD.CIG 72836577E5,
LOTTO 4 COD.CIG 7283664DAA.

Oggetto: CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA IN FORMA AGGREGATA RELATIVA ALLA "FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI PER L'UMIDIFICAZIONE DELLE VIE AEREE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO SUDDIVISA IN 4 LOTTI, OCCORRENTE PER 36 MESI ALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO (CAPOFILA) E ALLE SEGUENTI MANDANTI: ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA DI MILANO, ASST DI MONZA, ASST NORD MILANO, ASST DI CREMONA, FONDAZIONE IRCCS CA'GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO.

Si comunica che in riferimento alla scheda tecnica "Allegato C" a pagina 2 lotto 1 "Kit di Umidificazione" e a pag 7 lotto 2 "Kit di umidificazione" è da ritenersi compresa anche la suddetta richiesta relativa alle esigenze della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano:

- "Possibilità di separare la Y del circuito da entrambi i lati della linea di ventilazione (espirato ed inspirato), o soluzione equivalente dal punto di vista clinico operativo, per l'inserimento nel circuito di dispositivi per aerosol o per MDI e per avere la possibilità di attuare l'umidificazione attiva dei pazienti in respiro spontaneo utilizzando parte del medesimo circuito. L'equivalenza di eventuali differenti soluzioni proposte dovrà essere dimostrata

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:



FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011
www.sanmatteo.org

dettagliando in offerta le caratteristiche del circuito che permettono il soddisfacimento di tutti i seguenti requisiti:

- Possibilità di inserire, sulla linea dell'inspirato, sistemi per l'aerosol o per MDI;
- Possibilità di cambiare modalità ventilatoria, da assistita a spontanea in pazienti in fase di svezzamento, riutilizzando parti del medesimo circuito per ottimizzare i tempi di gestione della conversione da ventilazione assistita a spontanea.

Fermo il resto.

IL RESPONSABILE
DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO
(Dr.ssa Olivia Piccinini)

