



DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.C. GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)

Direttore

Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983

Fax 0382 503990

[o.piccinini@smatteo.pv.it](mailto:o.piccinini@smatteo.pv.it)

**AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 2 - ALLEGATO II.1 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 n.36, PER LA FORNITURA DI N. 1 MICROCHERATOMO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA BANCA DEGLI OCCHI DELLA FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA.**

La Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia intende acquisire n. 1 Microcheratomo e relativo materiale di consumo per le necessità della Banca degli occhi.

Si riportano, di seguito, le caratteristiche tecniche minime della fornitura in oggetto, eventuali ulteriori indicazioni verranno fornite nella successiva procedura di gara:

**REQUISITI MINIMI**

- Il microcheratomo deve garantire un taglio corneale controllato, assicurando adeguata ripetibilità e stabilità del taglio durante l'intero avanzamento.
- Il sistema deve essere dotato di meccanismo di applanazione e supporto tale da consentire il mantenimento della stabilità del tessuto corneale durante tutte le fasi della procedura di taglio.
- Si richiedono n.3 camere artificiali e n.4 supporti di fissaggio di vario diametro;
- Il dispositivo deve consentire la configurazione degli spessori di taglio, mediante componenti/accessori dedicati previsti dal fabbricante.
- Il dispositivo deve consentire l'utilizzo di spessori di taglio selezionabili, rendendo disponibili configurazioni tali da coprire un range minimo compreso tra 50  $\mu\text{m}$  e 500  $\mu\text{m}$ .
- Devono essere fornite le seguenti testine pluriuso:
  - Testina da 50  $\mu\text{m}$ ;
  - Testina da 300  $\mu\text{m}$ ;
  - Testina da 350  $\mu\text{m}$ ;
  - Testine da 400  $\mu\text{m}$ ;
  - Testine da 450  $\mu\text{m}$ ;
  - Testina da 500  $\mu\text{m}$ ;
- Il sistema deve essere progettato e realizzato in modo da minimizzare vibrazioni e disuniformità del piano di taglio, al fine di garantire uniformità e qualità della preparazione tessutale.

- Il dispositivo deve includere protezioni e accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre il rischio di uso improprio e a garantire condizioni di utilizzo sicure per operatori e tessuto.
- Il microcheratomo deve essere utilizzabile con consumabili sterili idonei all'impiego in Banca degli Occhi, compatibili con il dispositivo e destinati alle finalità previste.
- Tutti i consumabili destinati a entrare in contatto con il tessuto devono essere sterili, con validità dichiarata dal produttore e tracciabilità conforme alle prescrizioni applicabili.
- Contestualmente alla tecnologia, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire n. 50 lame sterili monouso.

## REQUISITI STANDARD

- L'aggiudicatario deve fornire tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento e la piena operatività del dispositivo;
- Rispettare tutti i requisiti tecnici minimi indicati per ciascun prodotto ovvero stabiliti da norme di prodotto, norme nazionali, CE, ecc., al momento della consegna, anche se emanate successivamente alla presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla codifica CND e al numero di repertorio dei dispositivi offerti, che devono essere sempre espressamente indicati;
- Conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura nonché le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quei requisiti che venissero emanati nel corso della durata del contratto;
- Dotati di marcatura CE conforme al Regolamento UE 2017/745 (MDR) e s.m.i. o alle disposizioni transitorie previste dall'art. 120 del Regolamento UE 2017/745 (MDR);
- Rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio;
- Sistema nuovo di fabbrica e non ricondizionato;
- I sistemi motorizzati dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni ai pazienti, agli operatori ed alle stesse attrezzature;
- I beni che sono dotati di parti elettriche dovranno rispondere alle specifiche norme di settore (IEC, CEI, ecc.).

Gli operatori economici interessati dovranno presentare tramite la piattaforma SINTEL, entro le ore **12:00 del giorno 06/02/2026**, nella sezione **BUSTA UNICA**, la documentazione sotto riportata:

- **Manifestazione d'interesse** alla partecipazione alla successiva procedura di gara, da allegarsi su carta intestata;

**Nella predetta busta non devono essere incluse informazioni o indicazioni di tipo economico.**

**NB:**

**Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi, nello step dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.**

Eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICA**MENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

**SI PRECISA CHE IL PRESENTE AVVISO, NON PRESUPPONE LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO O L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI E NON È IMPEGNATIVO PER LA FONDAZIONE LA QUALE SI RISERVA, IN OGNI CASO E IN QUALSIASI MOMENTO, IL DIRITTO DI SUSPENDERE, INTERROMPERE, MODIFICARE O CESSARE LA PRESENTE CONSULTAZIONE.**

**SI PRECISA, ALTRESÌ, CHE SARANNO INVITATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA I SOLI OPERATORI ECONOMICI IN GRADO DI FORNIRE UNA TECNOLOGIA RISPONDENTE ALLE NECESSITA' DELLA FONDAZIONE.**

Per ulteriori chiarimenti relativi alle attività oggetto del presente avviso, si prega di prendere contatti con: Dott.ssa Sofia Budano – e-mail: [s.budano@smatteo.pv.it](mailto:s.budano@smatteo.pv.it)

IL DIRETTORE  
DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)  
(Dr.ssa Olivia Piccinini)